ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.32.010.A № 49844/1

Срок действия до 08 февраля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термометры цифровые со сменными зондами Testo 110, Testo 112, Testo 720, Testo-Ex-Pt 720, Testo 735-1, Testo 735-2, Testo 922, Testo 925, Testo 926

ИЗГОТОВИТЕЛИ
Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия;
Testo Instruments Co. Ltd., Китай

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **38574-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП РТ 1827-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **30 ноября 2016 г. № 1843**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства С.С.Голубев

"09" 12 2016 г.

Серия СИ

№ 026126

Срок действия до 27 декабря 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **27 декабря 2017 г. № 2980**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев

"15" 01 2018 г.